




人口透析装置



高精度ギア

【従来材料】

金属、他熱可塑性樹脂（PEEK、PES）

【問題点】

金属：腐食

樹脂：成形品寸法精度、耐薬品性

【要求特性】

寸法精度、耐薬品性

オーラム®での優位性

- ・ 成形品精度（低反り）
- ・ 耐薬品性
  
- ・ 腐食性

高精度ギア（液の吐出）作成可能になり、吐出量が安定

 推奨銘柄：JCF3025